

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „dostawy gazów medycznych”.

W nawiązaniu do pytań dotyczących treści zapytania ofertowego, Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim udziela następujących odpowiedzi:

1. Dotyczy Arkusza cenowego – Lp.3:

3.	Sprężony tlen medyczny w butlach a 2 l (min. 0,4 m3)	129,00	m3
----	---	--------	----

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wydzielenie do osobnych pozycji butli:

- Tlen medyczny butla 2l LIV;
- Tlen medyczny butla 2l LIV IQ;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

2. Dotyczy Arkusza cenowego – Lp.3 (butle LIV):

Czy Zamawiający wymaga tlenu medycznego w butlach aluminiowych o poj. 2 litrów, wyposażonych w zawór zintegrowany z butlą tj. wmontowany na stałe moduł wyposażony: w reduktor ciśnienia, manometr wykazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia, przystosowanych do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego – w pomieszczeniach MRI

Odpowiedź: dopuszcza się.

3. Dotyczy Arkusza cenowego – Lp.3 (butle LIV IQ):

Czy Zamawiający wymaga tlenu medycznego w butlach aluminiowych o poj. 2 litrów, wyposażonych w zawór zintegrowany z butlą tj. wmontowany na stałe moduł wyposażony: w reduktor ciśnienia, manometr wykazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o przepływie tlenu nie przekraczającym 15l/min wyposażonym w cyfrowy wskaźnik przepływu i czasu, z dużym, czytelnym wyświetlaczem

Odpowiedź: nie.

4. Dotyczy wzoru umowy.

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisu do umowy: „W czasie trwania Umowy ceny ulegną zmianie raz do roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez prezesa GUS na dzień 15 stycznia. Zmiana zostanie awizowana na pierwszej fakturze wystawionej po ogłoszeniu wskaźnika.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

Mirosław Stawiecki